

Регламент розведення робочих розчинів засобу рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodez

Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу Prodez

Концентрація розчину, % (за препаратом)	Кількість інгредієнтів, необхідна для приготування			
	1л робочого розчину		10л робочого розчину	
	Об'єм засобу, мл	Об'єм води, мл	Об'єм засобу, мл	Об'єм води, мл
0,025	0,25	999,75	2,5	9997,5
0,02	0,2	999,8	2,0	9998,0
0,05	0,5	999,5	5,0	9995,0
0,1	1,0	999,0	10,0	9990,0
0,2	2,0	998,0	20,0	998,0
0,25	2,5	997,5	25,0	9975,0
0,3	3,0	997,0	30,0	9970,0
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
2,5	25,0	975,0	250,0	9750,0
4,0	40,0	960,0	400,0	9600,0
6,0	60,0	940,0	600,0	9400,0
8,0	80,0	920,0	800,0	9200,0

Таблиця 2. Режими дезінфекції об'єктів розчинами рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodez при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної етіології (в т. числі *Listeria monocytogenes*, *P. aeruginosa* (Antibiotic resistant) *E. hirae*, *S. aureus*, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічна кишкова паличка (*Escherichia coli*), сальмонели, *Helicobacter pylori* (за виключенням туберкульозу), при збудниках внутрішньолікарняних інфекцій.

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину, %	Експозиція, хв	Спосіб дезінфекції
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), на транспорті (в т. числі санітарний транспорт) та його рухомому складі, предмети обстановки (меблі тощо): -незабруднені; -забруднені	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Медичні апарати, прилади і устаткування, кувети: -незабруднені; -забруднені	0,05 0,1	60 30	Протирання
Предмети догляду хворих (гумові грілки, міхури для льоду, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни	0,05 0,1	60 30	Занурення, протирання або зрошення
Столовий, кухонний, аптечний посуд (у тому числі одноразового використання): -без залишків їжі;	0,05	60	Занурення

-із залишками їжі	0,1	30	
Залишки їжі	0,05 0,1	60 30	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1
Лабораторний посуд: -незабруднений; -забруднений	0,05 0,1	60 30	Занурення
Предмети для миття посуду, прибиральний інвентар	0,05 0,1	60 30	Занурення або замочування
Іграшки	0,05	60	Занурення або протирання
Гумові килимки, банні сандалі, шкіряне взуття, капці, дерев'яні трапи в лазнях, саунах, душових	0,05 0,1	60 30	Занурення, протирання або зрошення
Білизна: -не забруднена; -забруднена виділеннями	0,05 0,1	60 30	Замочування
Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази)	0,05 0,1	60 30	Зрошення або протирання
Медичні відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одноразову білизну, спецодяг, вироби медичного призначення одноразового використання, медичні рукавички тощо)	0,05 0,1	60 30	Замочування або занурення
Біологічні рідини та інші контаміновані виділення (кров, сироватка, слиз, мокротиння, слина, блювотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів, змивні води після миття хворого тощо)	0,05 0,1	60 30	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та виділень 2:1
Посуд з-під виділень	0,05 0,1	60 30	Занурення
Сміттєпроводи, контейнери та інші ємності для сміття	0,05 0,1	60 30	Зрошення
Вентиляційні камери, системи кондиціювання повітря	0,05	60	Зрошення або протирання
Стоматологічні матеріали, стоматологічні слиновідсмоктуючі установки, плювальниці	0,05 0,1	60 30	Занурення або протирання
Технологічне обладнання і технологічні ємності для парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості, в	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення

тому числі холодильники, рефрижератори, холодильні і охолоджуючі камери (внутрішні поверхні)			
Солярії, барокамери, СПА-капсули	0,05 0,1	60 30	Протирання
Спортивне обладнання та інвентар	0,05 0,1	60 30	Протирання
Чаша басейну	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки, зонди усіх видів, катетери тощо)	0,05 0,1	60 30	Занурення
Інструменти для манікюру, педикюру, інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (щітки, гребінці), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	0,05 0,1	60 30	Занурення

Примітка: * - при забруднених об'єктів кров'ю та іншими біологічними субстратами дезінфекцію проводять за режимами, рекомендованими при вірусних парентеральних інфекціях.

Таблиця 3. Режимы дезінфекції об'єктів розчинами рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodez **при крапельних і кишкових інфекціях вірусної етіології** (включаючи гепатит А, парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІІ), герпес, грип, парагрип, вірус «пташиного грипу», вірус «свинячого грипу» А(H1N1), роТа-, поліо- (поліомієліт), корона-, папова-, ентеровіруси, хантавіруси, вакциніївірус, аденовірус, вірус Avianinfluenza).

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину, %	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), на транспорті (в т. числі санітарний транспорт) та його рухомому складі, предмети обстановки (меблі тощо)	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Протирання або зрошення
Медичні апарати, прилади і устаткування, кувети	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Протирання
Предмети догляду хворих (гумові грілки, міхури для льоду, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Занурення, протирання або зрошення
Столовий, кухонний, аптечний посуд (у тому числі одноразового використання)	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Занурення

Залишки їжі	0,05	60	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1
Лабораторний посуд	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Занурення
Предмети для миття посуду, прибиральний інвентар	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Занурення або замочування
Іграшки	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Занурення або протирання
Гумові килимки, банні сандалі, шкіряне взуття, капці, дерев'яні трапи в лазнях, саунах, душових	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Занурення, протирання або зрошення
Білизна	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Замочування
Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни	0,05 0,1 0,25 0,5	60 15 15 5	Протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази)	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Зрошення або протирання
Медичні відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одноразову білизну, спецодяг, вироби медичного призначення одноразового використання, медичні рукавички тощо)	0,05	60	Замочування або занурення
Біологічні рідини Та інші контаміновані виділення (кров, сироватка, слиз, мокротиння, слина, блювотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів, змивні води після миття хворого тощо)	0,05	60	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та виділень 2:1
Посуд з-під виділень	0,05	60	Занурення
Сміттепроводи, контейнери та інші ємності для сміття	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Зрошення
Повітря приміщень, вентиляційні камери, системи кондиціонування повітря	0,05 0,1	60 30	Зрошення або протирання

	0,25 0,5	15 5	
Стоматологічні матеріали, стоматологічні слиновідсмоктуючі установки, плювальниці	0,1 0,25 0,5	30 15 5	Занурення або протирання
Технологічне обладнання і технологічні ємності для парфумерно- косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харч опереробної промисловості, в томучислі холодильники, рефрижератори, холодильні і охолоджуючі камери (внутрішні поверхні)	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Протирання або зрошення
Солярії, барокамери, СПА-капсули	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Протирання
Спортивне обладнання та інвентар	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Протирання
Чаша басейну	0,05 0,1 0,25 0,5	60 30 15 5	Протирання або зрошення
Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), зонди усіх видів, катетеритощо)	0,1 0,25 0,5	30 15 5	Занурення
Інструменти для манікюру, педикюру інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (щітки, гребінці), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	0,1 0,25 0,5	30 15 5	Занурення

Таблиця 4. Режимы дезінфекції' об'єктів розчинами рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodezпри туберкульозі.

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину, %	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), на транспорті (в т. числі санітарний транспорт) та його рухомому складі, предмети обстановки (меблі тощо)	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	протирання або зрошення
Медичні апарати, прилади і устаткування, кувези	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	протирання
Предмети догляду хворих (гумові грілки, міхури для льоду, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	занурення, протирання або зрошення

Столовий, кухонний, аптечний посуд (у тому числі одноразового використання)	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	занурення
Залишки їжі	0,02 0,05 0,1	240 120 60	заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1
Лабораторний посуд	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	занурення
Предмети для миття посуду, прибиральний інвентар	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	занурення або замочування
Іграшки	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	занурення або протирання
Гумові килимки, банні сандалі, шкіряне взуття, капці, дерев'яні трапи в лазнях, саунах, душових	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	занурення, протирання або зрошення
Білизна	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	замочування
Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази)	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	зрошення або протирання
Медичні відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одноразову білизну, спецодяг, вироби медичного призначення одноразового використання, медичні рукавички тощо)	0,02 0,05 0,1	240 120 60	замочування або занурення
Носові хустинки, футляри і кишені для плювальниць	0,02 0,05 0,1	240 120 60	замочування
Біологічні рідини та інші контаміновані виділення (кров, сироватка, слиз,	0,02 0,05 0,1	240 120 60	заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та

мокротиння, слина, блювотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів, змивні води після миття хворого тощо)			виділень 2:1
Плювальниці, звільнені від мокротиння	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	занурення в розчин або заливання розчином
Посуд з-під виділень	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	занурення
Сміттєпроводи, контейнери та інші ємності для сміття	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	зрошення
Повітря приміщень, вентиляційні камери, системи кондиціювання повітря	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	зрошення або протирання
Стоматологічні матеріали, стоматологічні слиновідсмоктуючі установки, плювальниці	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	занурення або протирання
Технологічне обладнання і технологічні ємності для парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості, в тому числі холодильники, рефрижератори, холодильні і охолоджуючі камери (внутрішні поверхні)	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	протирання або зрошення
Солярії, барокамери, СПА-капсули	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	протирання
Спортивне обладнання та інвентар	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	протирання
Чаша басейну	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	протирання або зрошення
Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), зонди усіх видів, катетеритощо)	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	занурення

Інструменти для манікюру, педикюру	0,02	240	занурення
інші косметологічні інструменти,	0,05	120	
ножиці, інструменти та предмети із	0,1	60	
пластичних мас (щітки, гребінці),	0,2	30	
інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	0,3	15	

Таблиця 5. Режими дезінфекції об'єктів розчинами рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodezпри кандидозах.

Об'єкти знезараження	Концентрація розчину, %	Експозиція, хв	Спосіб дезінфекції
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), на транспорті (в т. числі санітарний транспорт) та його рухомому складі, предмети обстановки (меблі тощо): -незабруднені; -забруднені	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Медичні апарати, прилади і устаткування, кувези: -незабруднені; -забруднені	0,025 0,025 0,05 0,1	30 60 30 15	Протирання
Предмети догляду хворих (гумові грілки, міхури для льоду, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни	0,05 0,1	60 30	Занурення, протирання або зрошення
Столовий, кухонний, аптечний посуд (у тому числі одноразового використання): -без залишків їжі; -із залишками їжі .	0,05 0,1	60 30	Занурення
Залишки їжі	0,05 0,1	60 30	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1
Лабораторний посуд: -незабруднений; -забруднений	0,05 0,1	60 30	Занурення
Предмети для миття посуду, прибиральний інвентар	0,025 0,05 0,1	60 30 15	Занурення або замочування
Іграшки	0,05	60	Занурення або протирання
Гумові килимки, банні сандалі, шкіряне взуття, капці, дерев'яні трапи в лазнях, саунах, душових	0,05 0,1	60 30	Занурення, протирання або зрошення
Білизна: -не забруднена; -забруднена виділеннями	0,05 0,1	60 30	Замочування
Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази)	0,05 0,1	60 30	Зрошення або протирання

Медичні відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одноразові білизну, спецодяг, вироби медичного призначення одноразового використання, медичні рукавички тощо)	0,05 0,1	60 30	Замочування або занурення
Біологічні рідини та інші контаміновані виділення (кров, сироватка, слиз, мокротиння, слина, блювотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів, змивні води після миття хворого тощо)	0,05 0,1	60 30	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та виділень 2:1
Посуд з-під виділень	0,05 0,1	60 30	Занурення
Сміттєпроводи, контейнери та інші ємності для сміття	0,05 0,1	60 30	Зрошення
Вентиляційні камери, системи кондиціювання повітря	0,05	60	Зрошення або протирання
Стоматологічні матеріали, стоматологічні слиновідсмоктуючі установки, плювальниці	0,05 0,1	60 30	Занурення або протирання
Технологічне обладнання і технологічні ємності для парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості, в тому числі холодильники, рефрижератори, холодильні і охолоджуючі камери (внутрішні поверхні)	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Солярії, барокамери, СПА-капсули	0,05 0,1	60 30	Протирання
Спортивне обладнання та інвентар	0,05 0,1	60 30	Протирання
Чаша басейну	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки, зонди усіх видів, катетери тощо)	0,05 0,1	60 30	Занурення
Інструменти для манікюру, педикюру, інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (щітки, гребінці), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	0,05 0,1	60 30	Занурення

Таблиця 6. Режимы дезінфекції об'єктів розчинами рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodez при дерматомікозах, пліснявих грибах та небезпечних і особливо небезпечних інфекціях (в т.ч. чума, туляремія, черевний тиф, холера, легіонельоз, кластридії).

Об'єкти знезараження	Концентрація	Експозиція,	Спосіб
----------------------	--------------	-------------	--------

	розчину,%	хв.	дезінфекції
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), на транспорті (в т. числі санітарний транспорт) та його рухомому складі, предметиобстановки(меблі тощо)	0,1 0,2	90 60	протирання або зрошення
Медичні апарати, прилади і устаткування, кувети	0,1 0,2	90 60	протирання
Предмети догляду хворих (гумові грілки, міхури для льоду, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни	0,1 0,2	90 60	занурення, протирання або зрошення
Столовий, кухонний, аптечний посуд (у тому числі одноразового використання)	0,1 0,2	90 60	занурення
Залишки їжі	0,1 0,2	90 60	заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1
Лабораторний посуд	0,1 0,2	90 60	занурення
Предмети для миття посуду, прибиральний інвентар	0,1 0,2	90 60	занурення або замочування
Іграшки	0,1 0,2	90 60	занурення або протирання
Гумові килимки, банні сандалі, шкіряне взуття, капці, дерев'яні трапи в лазнях, саунах, душових	0,1 0,2	90 60	занурення, протирання або зрошення
Білизна	0,1 0,2	90 60	замочування
Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни	0,1 0,2	90 60	протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази)	0,1 0,2	90 60	зрошення або поротирання
Медичні відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одноразову білизну, спецодяг, вироби медичного призначення одноразового використання, медичні рукавички тощо)	0,1 0,2	90 60	замочування або занурення
Носові хустинки, футляри і кишені для плювальниць	0,1 0,2	90 60	замочування
Біологічні рідини Та інші контаміновані виділення (кров, сироватка, слиз, мокротиння, слина, блювотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів, змивні води після миття хворого тощо)	0,1 0,2	90 60	заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та виділень 2:1
Плювальниці, звільнені від мокротиння	0,1 0,2	90 60	занурення в розчин або заливання розчином
Посуд з-під виділень	0,1 0,2	90 60	занурення
Сміттєпроводи, контейнери та інші ємності для сміття	0,1 0,2	90 60	зрошення
Повітря приміщень, вентиляційні камери,	0,1	90	зрошення або

системи кондиціювання повітря	0,2	60	протирання
Стоматологічні матеріали, стоматологічні слиновідсмоктуючі установки, плювальниці	0,1 0,2	90 60	занурення або протирання
Технологічне обладнання і технологічні ємності для парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості, в тому числі холодильники, рефрижератори, холодильні і охолоджуючі камери (внутрішні поверхні)	0,1 0,2	90 60	протирання або зрошення
Солярії, барокамери, СПА-капсули	0,1 0,2	90 60	протирання
Спортивне обладнання та інвентар	0,1 0,2	90 60	протирання
Чаша басейну	0,1 0,2	90 60	протирання або зрошення
Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), зонди усіх виців, катетери тощо)Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), зонди усіх виців, катетери тощо)	0,1 0,2	90 60	занурення
Інструменти для манікюру, педикюру інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (щітки, гребінці), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	0,1 0,2	90 60	занурення

Таблиця 7. Режими дезінфекції, суміщеної із достерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти тощо) розчинами рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodez

Етапи обробки	Концентрація % розчину	Температура °С	Експозиція, х в.
Замочування виробів, при повному зануренні в робочий розчин і заповненні ним порожнин і каналів:			
- при бактеріальних (за винятком туберкульозу), збудниках внутрішньолікарня них інфекцій, вірусних інфекціях та кандидозах;	0,1 0,25 0,5	Нерегламентуєть ся	30 15 5
-при туберкульозі;	0,02 0,05 0,1 0,2		240 120 60 30

-при дерматомікозах, пліснявих грибах, особливо небезпечних інфекціях;	0,3		15
	0,1		90
	0,2		60

Таблиця 8. Режими дезінфекції' наркозно-дихальної' апаратури (в тому числі маски, шлагги, трубочки тощо) розчинами рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodez при бактеріальних інфекціях (включаючи туберкульоз), збудниках внутрішньолікарняних інфекцій, вірусних інфекцій та кандидозах; при дерматомікозах, пліснявих грибах, особливо небезпечних інфекціях.

Етапи обробки	Концентрація розчину, %	Експозиція, хв.
Замочування при повному зануренні виробів у робочий розчин засобу і заповнити ним порожнини і каналів	0,2	30
	0,3	15
Миття кожного виробу у тому ж розчині, де здійснювалось замочування: - відповідної зовнішньої поверхні за допомогою ватно-марлевого тампону або тканинної (марлевої) серветки; - внутрішніх відкритих каналів за допомогою шприца	у розчині відповідної концентрації	5,0
Ополіскування проточною водою	-	5,0
Ополіскування дистильованою водою	-	0,5
Висушування		до повного видалення вологи

Таблиця 9. Режими стерилізації виробів медичного призначення (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти тощо), **косметологічних інструментів, режими дезінфекції високого рівня ендоскопів розчинами рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodez**

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, %	Експозиція, хв.	Спосіб застосування
Стерилізація Термолабільні вироби медичного призначення, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні гінекологічні інструменти, зонди, катетери тощо; термолабільні інструменти для манікюру, педикюру, інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (щітки, гребінці), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	2,5 4,0 5,0	180 60 15	Занурення
Дезінфекція високого рівня Гнучкі і жорсткі ендоскопи	1,0	5	Занурення

Таблиця 10. Режими достерилізаційного очищення виробів медичного призначення (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти тощо) розчинами рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodez **ручним способом.**

Етапи обробки	Концентрація розчину, %	Температура розчину, °C	Експозиція, хв.
Замочування виробів, при повному зануренні в робочий розчин і заповненні	0,1	не регламентується	15

ним порожнин і каналів			
Миття кожного виробу у тому Ж розчині, де здійснювалось замочування, за допомогою йоржа або щітки, виробів із гуми та пластмас (в тому числі ендоскопи) - за допомогою ватно-марлевого тампону або тканинної серветки, каналів - за допомогою шприца: • вироби простої конфігурації без замкових частин, каналів, порожнин; • вироби, які мають замкові частини, канали і порожнини; • гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них	у розчинах які використовуються для замочування	не регламентується	0,5 1 2-3
Обполіскування проточною водою (замкові частини, канали і порожнини виробів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача)	не нормується		3-5
Обполіскування дистильованою водою (каналів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача)	не нормується		0,5-1
Висушування (канали висушують за допомогою повітря)	-		до повного видалення вологи

Таблиця 11. Режими дезінфекції об'єктів при проведенні генеральних прибирань у лікувально-профілактичних закладах розчинами рідкого концентрованого засобу для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Prodez.

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, %	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Дитячі стаціонари, акушерсько-гінекологічні клініки, пологові будинки, відділення неонатології, палати, блоки і відділення інтенсивної терапії для новонароджених, педіатричні відділення	0,05 0,1	60 30	протирання
Соматичні, хірургічні відділення, процидурні кабінети, стоматологічні клініки і кабінети, клінічні лабораторії	0,05 0,1	60 30	протирання або зрошення
Протитуберкульозні лікувально-профілактичні заклади	0,1	60	протирання або зрошення
Інфекційно лікувально-профілактичні заклади	режими при відповідній інфекції		протирання або зрошення
Шкірно-венерологічні лікувально-профілактичні заклади	0,2	60	протирання або зрошення